

Sandomierz 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

Do Zamawiającego w dniu 18.10.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu XII:** Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z półsztywnego lateksu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
- 2. Dot. Pakietu XII:** Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH18-24?
- 3. Dot. Pakietu XVI:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do szynowania moczowodu pigtail wygięty zamknięty z jednej strony wyłącznie w rozmiarach 6F/28 oraz 4,8F/28?
- 4. Dot. Pakietu XV:** Czy Zamawiający dopuści zestaw w rozmiarach 8CH, 10CH, 12CH, 14CH?
- 5. Dot. Pakietu XIV:** Czy Zamawiający dopuści zestaw o zmiennej średnicy 8F/12F?
- 6. Dot. Pakietu XX:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Mono J w rozmiarach 8,10,12CH.
- 7. Dot. Pakietu XXI poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przewodnicy nitinolowej z powłoką hydrfilną na całej długości o średnicy .035i oraz .032i i długości 150cm?
- 8. Dot. Pakietu XXI poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści koszulki w rozmiarze 11/13Fr i 12/14Fr o długościach 26, 35, 55cm?
- 9. Dot. Pakietu XXI poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści produkt o rozmiarach bez końcówki 1.5/2.2Ch 120cm i 3Ch 90cm, oraz średnicach koszyka 1.5Ch 9mm, 2.2Ch 11mm, 3Ch 14mm.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos