

Sandomierz dnia 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dostawa wyposażenia dla Centrum Diennej Opieki Psychiatrycznej”,  
znak TP/16/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa wyposażenia dla Centrum Diennej Opieki Psychiatrycznej”, znak TP/16/2021**

Do Zamawiającego w dniu 15.10.2021r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie**

1. Dotyczy Pakiet II: Meble medyczne poz. 3 Fotel do pobierania krwi  
Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z obciążeniem 130 kg oraz zakresem regulacji podłokietników od 0 do 20 cm?
2. Dotyczy Pakiet II: Meble medyczne poz. 4 Wózek zabiegowy  
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o poniższych parametrach:
  - Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
  - Trzy wyjmowane tace wykonane z tworzywa sztucznego
  - Cztery koła jezdne w tym 2 z blokadą z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
  - Worek foliowy z przykryciem, oraz druciany kosz
  - Wymiary: wysokość: 905 mm, szerokość: 425 mm, długość: 645 mm?



3. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 186, z późn. zm.) i nie wpisane do rejestru wyrobów medycznych? Na wniosek Wytwórcy wyrobu Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może zgodzić się na wpisanie danego wyrobu na listę „wyrobów medycznych” co wiązać się może z zastosowaniem obniżonej stawki VAT, jednak zgodnie z definicją „wyrobu medycznego” znajdującą się w cytowanej ustawie powyższy asortyment takim wyrobem nie jest.
4. Dotyczy Pakiet II: Meble medyczne poz. 4 Wózek zabiegowy  
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z metalowym szkieletem lakierowanym proszko-wo, wyjmowaną nierdzewną tacę, wyjmowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą o wymiarach: wysokość: 905 mm, szerokość: 425 mm, długość: 965 mm?



5. Dotyczy pakietu II, IV, VII,XI  
Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
6. Dotyczy pakietu II, IV, VII,XI  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 15.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*[Signature]*  
dr n. med. Marek Kos

*[Signature]*