

Sandomierz 25.05.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak TP/5/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak TP/5/2021

Do Zamawiającego w dniu 21.05.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:


Pytania

- 1. Dot. Pakietu VI poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki pooperycyjne Dufour z balonami o pojemności od 40ml do 70ml w zależności od rozmiaru; rozmiary w zakresie 18-24F?
- 2. Dot. Pakietu VI poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w rozmiarach 8, 10, 12, 14F?
- 3. Dot. Pakietu VI poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów pigtail podwójnie zagięty o/o – roczny, z materiału dwuwarstwowego PUR Advance 365, rozmiary: 4,8F/28cm, 6F/28cm?
- 4. Dot. Pakietu VI poz. 9:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii w rozmiarach 8, 10F?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.05.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.05.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med.  Marek Kos