

Sandomierz 14.09.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz


Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak TP/13/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłożeń, znak TP/13/2021

Do Zamawiającego w dniu 13.09.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- Dot. Pakietu 3:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cmx150cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie zbiorcze – torba foliowa oraz karton zewnętrzny.



- Dot. Pakietu 4:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji urologicznych TUR o składzie:


Serweta wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta o wymiarach 175 cm x 240 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny oraz kroczywym, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 75/80 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.3log₁₀.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie typu Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 3 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie zbiorcze – torba foliowa oraz karton zewnętrzny.



3. Dot. Pakietu 6: Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Opakowanie zbiorcze – torba foliowa oraz karton zewnętrzny.

4. Dot. Pakietu 8: Czy Zamawiający dopuści zestaw operacji na kończynie o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie zbiorcze – torba foliowa oraz karton zewnętrzny.



5. **Dot. Pakietu 11:** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do kraniotomii o składzie:
Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m².
1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,
4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,
1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm,
1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.
1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm. Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.
6. **Dot. Pakietu 13 poz. 1-3:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy z trzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym w połączeniu z rękawem, na ramionach i szwach wewnętrznych rękawów?
7. **Dot. Pakietu 13 poz. 1-2:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho / mokro 155,4/154,8 Kpa?
8. **Dot. Pakietu 13 poz. 1-2:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho / mokro 200/179,3 Kpa?
9. **Dot. Pakietu 13 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128 cm, lub XL o długości 138 cm?
10. **Dot. Pakietu 13 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm, lub XXL o długości 157 cm?
11. **Dot. Pakietu 13 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami o gramaturze 40g/m²?
12. **Dot. Pakietu 13 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100 cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho / mokro 327,8 / 326,4 Kpa?
13. **Dot. Pakietu 13 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 66 cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho / mokro 210/200 Kpa?
14. **Dot. Pakietu 13 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm, lub XXL o długości 157 cm?
15. **Dot. Pakietu 19, 20, 21, 22, 25:** Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu zbiorczym/transportowym składającym się z jednego kartonu bez funkcji dyspensera, z etykietą z identyfikacją wyrobu?
16. **Dot. Pakietu 19:** Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw folia-papier?
17. **Dot. Pakietu 20:** Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturach min. 42 g/m²?
18. **Dot. Pakietu 20:** Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 50cm x 75cm z otworem 7cm i rozcięciem, chłonną, polipropylenowo-polietylenową?
19. **Dot. Pakietu 20:** Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw folia-papier?

- 20. Dot. Pakietu 21:** Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową zamiast tekturowej?
- 21. Dot. Pakietu 22:** Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 60 g/m² 50cm x 75cm z otworem 7cm i przylepcem wokół otworu?
- 22. Dot. Pakietu 22:** Czy Zamawiający dopuści serwetę foliowaną 54g 75cm x 75cm do zawinięcia zestawu, chłonną, celulozowo-polietylenowa, barierowość dla wody 188cm H₂O?
- 23. Dot. Pakietu 33 poz. 1, 2:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem 7,5 cm?
- 24. Dot. Pakietu 33 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128 cm?
- 25. Dot. Pakietu 33 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 138 cm?
- 26. Dot. Pakietu 33 poz. 1, 2:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy jałowe?
- 27. Dot. Pakietu 35 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną związaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w kolorze zielonym?
- 28. Dot. Pakietu 35 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w kolorze niebieskim?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.09.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.09.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.
- 8) Zamawiający dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza.
- 12) Zamawiający dopuszcza.
- 13) Zamawiający nie dopuszcza.
- 14) Zamawiający nie dopuszcza.
- 15) Zamawiający dopuszcza.
- 16) Zamawiający dopuszcza.
- 17) Zamawiający dopuszcza.
- 18) Zamawiający dopuszcza.
- 19) Zamawiający dopuszcza.
- 20) Zamawiający dopuszcza.
- 21) Zamawiający nie dopuszcza.

- 22) Zamawiający nie dopuszcza.
- 23) Zamawiający nie dopuszcza.
- 24) Zamawiający dopuszcza.
- 25) Zamawiający nie dopuszcza.
- 26) Zamawiający dopuszcza.
- 27) Zamawiający dopuszcza.
- 28) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sanktuarium
[Signature]
dr n. med. Marek Kos