

Sandomierz 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021**

Do Zamawiającego w dniu 15.10.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

- 1. Dot. Pakietu III poz. 1:** Czy zamawiający dopuści jednostronnie nasączone myjki do toalety pacjenta w kształcie rękawicy zwężanej w nadgarstku o wymiarach 17x24,5 cm o łącznej gramaturze 170g/m<sup>2</sup> (część przednia 100g/m<sup>2</sup>, część tylna 70g/m<sup>2</sup>), czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości TPC, Coliforms, Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus, pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?
- 2. Dot. Pakietu III poz. 1:** Czy zamawiający odstąpi od wymogu „produkowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 22716:2007 lub równoważnej oraz normy ISO 9001:2008 lub równoważnej (oryginalna informacja na opakowaniu)”?
- 3. Dot. Pakietu V poz. 2:** Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z balonikiem i drenem w kolorze niebieskim?
- 4. Dot. Pakietu V poz. 3:** Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 15.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 3) Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych zgodnych z treścią SWZ.
- 4) Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych zgodnych z treścią SWZ.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
dr n. med. Marek Kos