

Sandomierz 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

Do Zamawiającego w dniu 15.10.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu VI poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych, zagiętych z manualną siłą docisku na tkankę w zakresie 1,0-2,5mm ze zszywkami wysokości 4,5mm oraz 5,0mm, w rozmiarach 24, 26, 29, 32mm.
- 2. Dot. Pakietu VI poz. 2-3:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych (oraz kompatybilnych ładunków) rozmiar 60mm, z manualną siłą docisku na tkankę, ze zszywkami 3,8mm oraz 4,5mm.
- 3. Dot. Pakietu VI poz. 4-5:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem (oraz kompatybilnych ładunków), rozmiar 60mm, długość linii szwu 65mm. Pozostałe wymagania bez zmian.
- 4. Dot. Pakietu VI poz. 6-7:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem (oraz kompatybilnych ładunków), rozmiar 80mm, długość linii szwu 85mm. Pozostałe wymagania bez zmian.
- 5. Dot. Pakietu XVII poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów, rocznych, w rozmiarach 4,7F/28cm oraz 6/28cm.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 15.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
[Podpis]
dr n. med. Marek Kos