

Sandomierz 21.10.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak  
PN/5/2022

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak PN/5/2022**

Do Zamawiającego w dniu 07.10.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie**

**Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 106:** Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego, mobilnego wstrzykiwacza do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do badań obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI oraz MRI / PET), a także podczas mammografii ze wzmocnieniem kontrastowym (CEDM / CEM), który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). Wstrzykiwacz, który chcemy zaoferować, pracuje wyłącznie przy użyciu materiałów niezawierających lateksu i ftalanów (DEHP).

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 21.10.2022 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.10.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu

*dr n. med. Marek Kos*