

Sandomierz 25.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Do Zamawiającego w dniu 24.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu V poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę kończyn górnych wykonaną z wysokiej jakości akrylu wzmocnionego włóknom szklanym posiadającą 44 dysze, graficzny wyświetlacz o poborze prądu 5A i wymiarach 90x95x92cm? Wirówka wyposażona jest w krzesło z oparciem.
- 2. Dot. Pakietu V poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę kończyn dolnych wykonaną z wysokiej jakości akrylu wzmocnionego matami z włókna szklanego wyposażoną w 38 dysz do masażu, graficzny wyświetlacz o pojemności zabiegowej 45 litrów, poborze prądu 5A i wymiarach 98x90x62cm? Wirówka wyposażona jest w krzesło z oparciem.
- 3. Dot. Pakietu V poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania zamknięty obieg wody o wymiarach 63x50x88cm?
- 4. Dot. Pakietu II poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania stoły posiadające 2 kółka i 2 stopki o wymiarach 202x69cm z regulowaną elektrycznie wysokością w zakresie 48-96cm oraz z zagłówkiem regulowanym w zakresie -70/+40 stopni i wadze 77kg?
- 5. Dot. Pakietu II poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół posiadający 2 kółka i 2 stopki z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół stołu w zakresie 50-101cm o wymiarach 202x80cm z zagłówkiem regulowanym w zakresie -70/+40 stopni i o wadze 78kg z dopuszczalnym obciążeniem dynamicznym 200kg?
- 6. Dot. Pakietu II poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik z podnośnikiem w zakresie 72-193cm o wymiarach 127,9x 64x134,4cm (wysokość nóg 9,5cm) o wadze 39kg, maksymalnym obciążeniem 160kg?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos