

Sandomierz 15.02.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, znak TP/3/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic medycznych, znak TP/3/2022

Do Zamawiającego w dniu 10.02.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. zapisów SWZ:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty kart katalogowych, zamiast kart danych technicznych? W opisie przedmiotu zamówienia nie ma żadnych parametrów, informacji, danych, które wymagałyby dołączenia karty technicznej. Ponadto pragniemy nadmienić, iż karta danych technicznych jest wielostronicowym dokumentem z szczegółowymi parametrami, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 2. Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych zarejestrowanych jako wyrób medyczny, przebadanych na zgodność z normami EN420, EN374-1,2,4,5, EN16523?
- 3. Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poniższych różnicach?
 - poziom AQL $\geq 0,65$
 - odporność na rozerwanie przed starzeniem 15,1N, po starzeniu 14,4N
 - grubość mankietu 0,17 (+/- 0,01) mm, grubość na dłoni 0,21 (+/- 0,01) mm, grubość na palcach 0,22 (+/- 0,01) mm.
- 4. Dot. Pakietu IV:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w rozmiarach S-XL spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.02.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.02.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
Marek Kos
dr n. med. Marek Kos