

Sandomierz 17.03.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/10/2022  
**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak TP/10/2022**

Do Zamawiającego w dniu 14.03.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

**1. Dot. Pakietu 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton dostępne w rozmiarach CH6 – CH 24?

**2. Dot. Pakietu 1 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**3. Dot. Pakietu 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV o długości 200 lub 300cm?

**4. Dot. Pakietu 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi, co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

**5. Dot. Pakietu 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul w opakowaniach a'100szt. oraz ich wycenę za opakowanie handlowe wraz z przeliczeniem wymaganych ilości?

**6. Dot. Pakietu 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dla noworodka z serwetą z włókniny spunlace o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> (w miejsce serwety kompresowej o masie powierzchniowej 51,49g/m<sup>2</sup>, wymiary 80x60cm)?

**7. Dot. Pakietu 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dla noworodka z serwetą kompresową o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> (w miejsce serwety kompresowej o masie powierzchniowej 51,49g/m<sup>2</sup>, wymiary 80x60cm)?

**8. Dot. Pakietu 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dla noworodka z podkładem chłonnym o chłonności 789ml oraz wagę podkładu 54g?

**9. Dot. Pakietu 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dla noworodka z czapeczką dla noworodka wykonaną z bawełnianego ściągacza o gramaturze 180g/m<sup>2</sup>?

**10. Dot. Pakietu 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dla noworodka zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy z marginesem ułatwiającym otwieranie?

**11. Dot. Pakietu 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze białym, o długości całkowitej 25cm?

**12. Dot. Pakietu 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**13. Dot. Pakietu 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich + 20% palmitynian izopropylowy?

**14. Dot. Pakietu 17 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml (skalowany co 1ml)?

**15. Dot. Pakietu 19 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę:

- wykonaną z medycznego PVC
- kompatybilną z drenami w rozmiarach od CH 6 do CH 35 (stożek 5,9-12,9mm)
- długość całkowita 55mm, długość stożka 30mm
- wyposażoną w wygodny uchwyt motylkowy ułatwiający manipulowanie zatyczką
- o budowie schodkowej zapewniającej szczelne zamknięcie światła drenu
- Nie zawierającą lateksu
- Nie zawierającą ftalanów
- Jednorazowego użytku
- sterylizowaną tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?

**Pytanie 16 dot. Pakietu 20 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści igły insulinowe o następujących rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego:

ROZMIAR	KOLOR	G
0,33 mm x 12 mm	różowy	29
0,30 mm x 8 mm	żółty	30
0,25 mm x 6 mm	fioletowy	31
0,25 mm x 8 mm	niebieski	31 ?

**Pytanie 17 dot. Pakietu 20 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Pytanie 18 dot. Pakietu 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylne butelki z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH, o pojemności 200 i 400 ml oraz ze skalą co 10ml ułatwiającą ocenę objętości odessanego płynu?

**Pytanie 19 dot. Pakietu 23 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona bez barwnych nasadek symbolizujących średnicę Redona, z perforacją o długości 14 cm oraz w rozmiarach: CH6-8 długość 50 cm, CH10-18 długość 80 cm?

**Pytanie 20 dot. Pakietu 23 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona bez barwnych nasadek symbolizujących średnicę Redona, z perforacją o długości 14 cm oraz w rozmiarach od CH8 do CH18 – długość 70cm?

**Pytanie 21 dot. Pakietu 24 poz 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii wykonanej z poliuretanu, paroprzepuszczalność 1800g/m<sup>2</sup>/24h, sterylizowaną tlenkiem etylenu?

**Pytanie 22 dot. Pakietu 24 poz 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze całkowitym 15 x 26 cm i powierzchni lepnej 15 x 20 cm?

**Pytanie 23 dot. Pakietu 24 poz 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze całkowitym 10 x 24 cm i powierzchni lepnej 10 x 18 cm?

**Pytanie 24 dot. Pakietu 24 poz 1b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze całkowitym 42 x 42 cm i powierzchni lepnej 42 x 36 cm?

**Pytanie 25 dot. Pakietu 24 poz 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze całkowitym 70 x 80 cm i powierzchni lepnej 70 x 74 cm?

**Pytanie 26 dot. Pakietu 24 poz 1d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm i powierzchni lepnej 60 x 46 cm?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.03.2022 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.03.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający dopuszcza.
- 12) Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem opakowań.
- 13) Zamawiający dopuszcza.
- 14) Zamawiający dopuszcza.
- 15) Zamawiający dopuszcza.
- 16) Zamawiający nie dopuszcza
- 17) Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem opakowań.
- 18) Zamawiający nie dopuszcza.
- 19) Zamawiający nie dopuszcza.
- 20) Zamawiający nie dopuszcza.
- 21) Zamawiający nie dopuszcza.
- 22) Zamawiający dopuszcza.
- 23) Zamawiający nie dopuszcza.
- 24) Zamawiający dopuszcza.
- 25) Zamawiający dopuszcza.
- 26) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Siedlcach

*dr n. med. Marek Kos*