

Sandomierz 23.11.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę obłóżek, znak TP/42/2022


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłóżek, znak TP/42/2022

Do Zamawiającego w dniu 21.11.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie 1: Dotyczy pakiet 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet ginekologicznych o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo, ze wzmocnieniem 60x85cm
- 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem.
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 1 ręcznik celulozowy 30x40cm



Serwety nie zawierają celulozy i lateksu. Gramatura 62 g/m². Zgodne z EN 13795. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Na opakowaniu etykieta z nazwą wyrobu, składem, datą ważności i numerem serii. Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Zestawy umieszczane w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.11.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.11.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.**

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr Jerzy Kuliński