

Sandomierz 23.11.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę obłoża, znak TP/42/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłoża, znak TP/42/2022

Do Zamawiającego w dniu 21.11.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch posiadający potrójny szew ultradźwiękowy na rękawach?

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch posiadający odporność na przenikanie cieczy min. 40 H₂O, Odporność na rozerwanie na sucho min. 117 Kpa, na mokro min. 132 Kpa, Wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy; na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch w rozmiarze XL posiadający długość 135cm?

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch w rozmiarze XXL posiadający długość 130cm?

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1-3

Prosimy o odstąpienie od wymogu I klasa palności wg 16CFR 1610.

Pytanie 6: Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli składający się z powłoki 200 cm x160 cm, powłoczki 80 cm x70 cm i prześcieradła 210 cmx160 cm. Powłoki i powłoczki zszyte szwem obrzucającym, posiadające odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry (zakładka około 20cm) i poduszki (zakładka około 15cm).

Pytanie 7: Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 2-7

Prosimy o odstąpienie od wymogu I klasa palności wg 16CFR 1610.


Pytanie 8: Dotyczy Pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.11.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.11.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający odstąpi.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający odstąpi.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.



Handwritten signature and official stamp of the Hospital Specialist Ducha Świętego.