

Sandomierz 21.10.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak
PN/5/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak PN/5/2022

Do Zamawiającego w dniu 11.10.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. terminu realizacji:** Czy Zamawiający dopuści wydłużenie czasu realizacji do 60 dni? Mammografy cyfrowe są urządzeniami wykonywanymi na zamówienie, a pod koniec roku można się spodziewać także wydłużenia terminów dostaw na elementy trzecie jak mierniki, fartuchy itp.
- 2. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 56:** Czy Zamawiający dopuści, aby dostarczyć płytki min. 18 x 23 cm oraz min 23 x 20 cm, które również służą do obrazowania dwuenergetycznego?
- 3. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 69:** Czy Zamawiający dopuszcza mammograf w którym w ramach kalibracji detektora dostępne jest automatyczne sprawdzanie liczby martwych pikseli w detektorze oraz informacja dla użytkownika, że kalibracja się udała/ lub się nie powiodła (np. w przypadku przekroczenia dopuszczalnej normy)?
- 4. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 119:** Prosimy o potwierdzenie, że wystarczy zaoferować jedną funkcjonalność albo DICOM Print albo DICOM Basic Print? DICOM Basic Print jest uproszczoną wersją DICOM Print.
- 5. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 122:** Czy Zamawiający dopuści mammograf bez pomiaru gęstości na konsoli technika jeśli dostępny jest pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnym wymiarze? Jest to wystarczające do przeprowadzania wszelkich testów kontroli jakości obrazowania.
- 6. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 10:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby generator wysokoczęstotliwościowy był zintegrowany w statywie mammografu? To ułatwia przemieszczanie się wokół mammografu (nic nie wchodzi w drogę), co jest bardzo przydatne w przypadku badań biopsyjnych.
- 7. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 21:** Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za pojemność cieplną lampy/kołpaka lampy na wzór pojemności cieplnej anody w punkcie 20 - „ ≥ 2000 kHU - 5 pkt, < 2000 kHU - 0 pkt”? Pojemność cieplna anody to tylko jeden z parametrów cieplnych lampy i sama nie decyduje o ilości badań, które można wykonać w ciągu godziny, tak samo ważna jest pojemność cieplna lampy/kołpaka.
- 8. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 77:** Czy Zamawiający zgodzi się zmienić punktację na: „Najwyższa wartość oferowanego parametru 10 pkt, Pozostałe wartości - 0 pkt”? Zakres skanu tomosyntezy, to główny parametr który decyduje o wyższej rozdzielczości w głąb (możliwości dokładnego rozdzielania tkanek na poszczególne warstwy), przekłada się także na wyraźniejsze granice zmian i lepszą widoczność spiku-li.

9. **Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 79:** Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację: „Najwyższa wartość oferowanego parametru – 5 pkt, pozostałe wartości – 0 pkt”? Większa ilość projekcji, to większa ilość danych z których można wykonać rekonstrukcję, a tym samym to lepsza jakość obrazu.

10. **Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt X.131:**

X STACJA OPISOWA LEKARSKA MAMMOGRAFICZNA – 1 SZT.			
131	Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja wolnostojąca	TAK, podać (nazwa i typ/model; producent; kraj produkcji)	Bez punktacji

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wolnostojącej stacji lekarskiej - funkcjonującej niezależnie od zaoferowanego mammografu, będącej stacją kliencką serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego, zainstalowanego wraz z aparatem MR? Proponowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz dodatkowo posiada natychmiastowy dostęp, z takim interfejsem użytkownika do badań MR, US, PET oraz rozszerzonego zakresu aplikacji dedykowanych do oceny badań MR piersi (ocena badań dynamicznych z kontrastem). Zaoferowane rozwiązanie pozwoli na kompleksową zaawansowaną ocenę badań MG, MR, US w ramach jednego stanowiska. Jest także objęte rozszerzonym zakresem wsparcia na oprogramowanie, tj. zawiera m.in. upgrade do najnowszych wersji oprogramowania.

11. **Dot. Rozdz. XIII pkt 8.6 SWZ:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. mammografu cyfrowego), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego?
12. **Dot. Rozdz. XIII pkt 8.6 ppkt 3) SWZ:** Czy Zamawiający potwierdza, że jako przedmiotowy środek dowodowy opisany w w/w punkcie dopuszcza rozumie również oświadczenie wytwórcy/importera/dystrybutora zaoferowanego sprzętu?
13. **Dot. §2 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia? Uzasadnienie: Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów. Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich.
14. **Dot. §3 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było realizowane przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego organu podatkowego i znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. zm), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując np. właścicielem byłby podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu ochronę interesów podwykonawcy (dostawcy sprzętu medycznego) nie będącego podwykonawcą robót budowlanych.
15. **Dot. §3 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.”? Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.
16. **Dot. §4 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o potwierdzenie w celu doprecyzowania, że przez naprawę istotną rozumie się naprawę o wartości przekraczającej 40% wartości sprzętu.
17. **Dot. §5 ust. 4 pkt 1)-3) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający potwierdza, że terminy wskazane w w/w zapisach

dotyczą dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

- 18. Dot. §5 ust. 4 pkt 5) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „jeżeli dotyczy”?
- 19. Dot. §5 ust. 12 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotów zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”? Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.”
- 20. Dot. §6 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”? Uzasadnienie: Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie okoliczności, osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji. Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna standardem rynkowym. Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a szkodą. Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew dotychczasowym doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkada może również powstać (i głównie tak do niej dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających zarządzanie jakością, błędu wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100% wykluczyć. Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej propozycji wprowadzenia klauzuli ograniczającej odpowiedzialność Wykonawcy.
- 21. Dot. §9 ust. 2 pkt 3) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem ak-

tualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).”? Uzasadnienie: Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- 22. Dot. SWZ:** Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG.
- 23. Dot. SWZ:** Prosimy o udostępnienie do wglądu aktualnego Projektu Osłon Stałych.
- 24. Dot. SWZ:** W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.
- 25. Dot. SWZ:** Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem:
- grubości ścian
 - technologii wykonania ścian i tynków
 - osłon radiologicznych.
- 26. Dot. SWZ:** Prosimy o udostępnienie sprawozdania z okresowego przeglądu wentylacji z docelowego pomieszczenia, w którym mam być posadowiony aparat.
- 27. Dot. SWZ:** Prosimy o załączenie obecnego projektu wentylacji (wykonanego przez projektanta z uprawnieniami sanitarnymi).
- 28. Dot. SWZ:** Prosimy o udostępnienie schematów rozdzielnic z których są zasilane obwoły gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych pomieszczeń objętych przebudową/adaptacją.
- 29. Dot. SWZ:** Prosimy o możliwość wykonania wizji lokalnej.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 21.10.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.10.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany pkt 69 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. Nr 1 do SWZ.
- 4) Zamawiający dopuszcza. Ponadto informuje, że urządzenia mają współpracować z drukarką Carestream DV 5950 – dlatego należy dobrać funkcjonalność, która taką współpracę zapewni.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 8) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 9) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 11) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SWZ wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących zarówno głównego przedmiotu zamówienia tj. mammografu cyfrowego jak i jego części składowych stanowiących wyposażenie.
- 12) Zamawiający dopuszcza.
- 13) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 14) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 15) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 16) Zamawiający informuje, że za wady i usterki istotne określone w §4 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego rozumie się wady i usterki uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i uniemożliwiające realizację działań Zamawiającego.

- 17) Zamawiający informuje, że tylko terminy wskazane w §5 ust. 4 pkt 2)-3) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczą dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 18) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 19) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 20) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 21) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 22) Zamawiający w załączeniu przekazuje rzuty pomieszczeń Pracowni.
- 23) Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnego Projektu Osłon Stałych.
- 24) Zamawiający informuje, że aparat będzie pracował od poniedziałku do piątku wykonując średnio 40 badań dziennie. Natomiast w zakresie wartości napięcia, natężenia prądu i czasu ekspozycji Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ nie wie na dzień udzielanej odpowiedzi jaki zakupi model aparatu i jakie producenta.
- 25) Zamawiający w załączeniu przekazuje rzuty pomieszczeń Pracowni. Dodatkowo informuje, że ściany są wykonane z cegły czerwonej a tynki tradycyjne cementowo-wapienne, natomiast osłon radiologicznych nie ma.
- 26) Zamawiający informuje, że instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej jest nieużytkowana od dłuższego czasu.
- 27) Zamawiający nie posiada projektu wentylacji.
- 28) Zamawiający w załączeniu przekazuje zdjęcia rozdzielnic, z których są zasilane obwody gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych pomieszczeń objętych przebudową/adaptacją.
- 29) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos