

Sandomierz 17.03.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/10/2022
**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak
TP/10/2022**

Do Zamawiającego w dniu 11.03.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dot. Pakietu nr 3 pozycja 1:

Czy Zamawiający ma na myśli cewnik do podawania tlenu (zdjęcie poglądowe poniżej)?



2. Dot. Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści długość 2m?

3. Dot. Pakiet nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, aby maska z workiem posiadała zastawkę jednokierunkową silikonową na łączniku?

4. Dot. Pakiet nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, aby maska z workiem pakowana była w opakowanie folia-folia?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.03.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.03.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos