

Sandomierz 25.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Do Zamawiającego w dniu 24.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu I pkt 2:** Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200x85x15cm.
- 2. Dot. Pakietu I pkt 6:** Prosimy o dopuszczenie materaca o wysokości 15 cm, w przypadku gdy zapewnia on skuteczności w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej) u pacjentów o wadze do 20 kg.
- 3. Dot. Pakietu I pkt 4:** Prosimy o dopuszczenie pokrowca wykonanego z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, o wysokim standardzie higieny - odpornego na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odpornego na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odpornego na penetrację przez bakterie.
- 4. Dot. Pakietu I pkt 7:** Prosimy o dopuszczenie pompy o masie 2,9 kg.
- 5. Dot. Pakietu I pkt 15:** Prosimy o dopuszczenie trybu transportowego uruchamianego poprzez zamknięcie złącza przewodu powietrznego za pomocą zintegrowanej zatyczki.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos