

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów”, znak TP/31/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dzierżawę analizatorów”, znak TP/31/2022

Do Zamawiającego w dniu 09.09.2022r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

1. Pytanie 1: Dotyczy SWZ pkt 8 ppkt 8.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko te produkty, które zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym podlegają Ustawie o wyrobach medycznych posiadały deklarację zgodności/deklarację CE? O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu. Wykonawca w ofercie przedstawi oświadczenie które produkty nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych.
2. Pytanie 2: Dotyczy SWZ pkt 8 ppkt 8.5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dołączenia do oferty Deklaracji zgodności/ Deklaracji CE i złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu dokumentów i przedstawienie ich na każde żądanie Zamawiającego oraz udostępnienie strony na które są one dostępne do samodzielnego pobrania?
3. Pytanie 3:Dot. projekt umowy dzierżawy (zał. nr 5) paragraf 4, pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naprawę sprzętu przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin w dni robocze i w ciągu 72 godzin w dni świąteczne?
4. Pytanie 4: Dotyczy pakietu nr I - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?
Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.
„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.
5. Pytanie 5: Dotyczy formularza cenowego dla pakietu nr I - Czy Zamawiający zgodnie z zapisami wyrazi zgodę na wycenę kalibratorów, materiałów zużywalnych w kolejnej pozycji tabeli asortymentowej (nr 37 a, b, c itd)?

6. Pytanie 6: Dotyczy Załącznika nr 3 Formularz oferty pkt 6 – Czy Zamawiający poprawi termin realizacji zamówienia z 12 miesięcy na 24 miesiące co będzie zgodne z SWZ i projektem umowy?

Pytania do Umowy Pakiet nr 1 :

7. Pytanie 7: §2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę modyfikację punktu poprzez wskazanie terminu dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów niezbędnych do 4 dni roboczych?
8. Pytanie 8: §2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wydzierżawiający wraz z dostawą analizatora dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”?
Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji.
9. Pytanie 9: §2 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 8 i 9 nastąpi każdorazowo przez Wydierżawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w §2 ust. 8 na podstawie bieżących zamówień składanych przez Dzierżawcę i przesyłanych Wydierżawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub faxu na numer: bądź na podstawie zgłoszenia telefonicznego złożonego na numer:, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia”?
Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z obecnych 48 godzin do 3 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia. Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie omyłki dotyczącej sformułowania odnoszącego się do wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, z uwagi na fakt, iż wskazana podstawa dotyczy wynagrodzenia za czynsz dzierżawny, a nie dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych wymienionych §2 ust. 8 i 9.
10. Pytanie 10: §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku awarii sprzętu Wydierżawiający w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 zobowiązuje się do reakcji serwisu na zgłoszenie Dzierżawcy w terminie 48 godzin w dni robocze. Usunięcie usterki nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu przeznaczonego na usunięcie usterki m.in. w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub specyfiki usterki pod warunkiem wystąpienia przez Wydierżawiającego z takim wnioskiem przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim”?
11. Pytanie 11: §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy przekroczy 3 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, Wydierżawiający zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Dzierżawcy na czas naprawy sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach”?
12. Pytanie 12: §4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dzierżawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy”?
Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć

aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.

13. Pytanie 13: §7 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego, Wydierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% nie-zrealizowanej wartości brutto umowy określonej w §3 ust. 1 i §2 ust.8”?
14. Pytanie 14: §7 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za niewykonanie którejkolwiek z czynności określonych w §4 ust. 1 i 2 lub ust. 4-9 niniejszej umowy Wydierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto umowy określonej w §3 ust. 1 i §2 ust. 8, za każdy stwierdzony przypadek”?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.09.2022 r.:

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Zamawiający wyraża zgodę.
6. Zamawiający dokona poprawy omyłki pisarskiej formularzu ofertowym: termin realizacji zamówienia z 12 miesięcy na 24 miesiące.
7. Zamawiający nie wyraża zgody .
8. Zamawiający nie wyraża zgody .
9. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia umownego w sprawie wydłużenia terminu dostawy materiałów eksploatacyjnych.
Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej, §2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 8 i 9 nastąpi każdorazowo przez Wydierżawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 8, na podstawie bieżących zamówień wystawianych przez Dzierżawcę i przesyłanych Wydierżawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, bądź na podstawie zgłoszenia telefonicznego, w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia zamówienia”.
10. Zamawiający nie wyraża zgody .
11. Zamawiający nie wyraża zgody .
12. Zamawiający nie wyraża zgody .
13. Zamawiający nie wyraża zgody .
14. Zamawiający nie wyraża zgody .

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos

Se Jolę 2022