

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinżła 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę wiertarki neurochirurgicznej wraz z osprzętem”, znak TP/7/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę wiertarki neurochirurgicznej wraz z osprzętem”, znak TP/7/2022

Do Zamawiającego w dniu 18.02.2022r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie 1

Dot. pkt. 1 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania konsolę sterującą z trzema gniazdami przyłączy silników i dwoma gniazdami przyłączy sterowników nożnych?

Pytanie 2

Dot. pkt. 2 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przewód zasilający o długości 2,5m?

Pytanie 3

Dot. pkt. 3 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przewodowy sterownik nożny? Sterownik jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli.

Pytanie 4

Dot. pkt. 4 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania silnik uniwersalny ze zintegrowanym przewodem sterującym, bez wyłącznika?

Pytanie 5

Dot. pkt. 5 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nasadkę kraniotomu, współpracującą z silnikiem uniwersalnym? próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 1000 do 75 000 obr./min. ze skokiem min. co 1000 obr./min., moc maksymalna 350 W. Waga nasadki wraz z silnikiem i 15 cm przewodem 210g, maksymalny moment obrotowy 3,88 Ncm, wymiary nasadki, wraz z silnikiem 17 x 208 mm.

Pytanie 6

Dot. pkt. 6 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nasadkę kątową 7 cm, współpracującą z silnikiem uniwersalnym? próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 1000 do 75 000 obr./min. ze skokiem min. co 1000 obr./min., moc maksymalna 350 W. Waga nasadki wraz z silnikiem i 15 cm przewodem 240g, maksymalny moment obrotowy 3,88 Ncm, wymiary nasadki, wraz z silnikiem 17 x 179 mm.

Pytanie 7

Dot. pkt. 7 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nasadkę kątową 14 cm, współpracującą z silnikiem uniwersalnym? próg

maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 1000 do 75 000 obr./min. ze skokiem min. co 1000 obr./min., moc maksymalna 350 W. Waga nasadki wraz z silnikiem i 15 cm przewodem 250g, maksymalny moment obrotowy 3,88 Ncm, wymiary nasadki, wraz z silnikiem 17 x 249 mm.

Pytanie 8

Dot. pkt. 8 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nasadkę perforatora czaszki ze złączem typu Hudson z przekładnią 60:1, współpracującą z szybkoobrotowym silnikiem uniwersalnym o mocy 350W. Próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 1000 do 75 000 obr./min. ze skokiem min. co 1000 obr./min. Waga nasadki wraz z silnikiem i 15 cm przewodem 410g, wymiary nasadki i silnika 32 x 236mm.

Pytanie 9

Dot. pkt. 10 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pokrywę kontenera aluminiową, złotą do kontenera standard 1/1 z możliwością stosowania filtrów jedno i wielorazowych?

Pytanie 10

Dot. pkt. 12, 13 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nieobrotową nasadkę kraniotomu ze zintegrowaną osłoną opony twardej o rozmiarze przestrzeni roboczej 16mm, wymiary nasadki 17 x 99mm?

Pytanie 11

Dot. pkt. 14 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania tuleję osłonową współpracującą z ostrzami kraniotomu wymiary 17 x 82mm

Pytanie 12

Dot. pkt. 15 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania frezy jednorazowe? W przypadku dopuszczenia frezów jednorazowych, zwracamy się o zastosowanie przelicznika względem frezów wielorazowych 3:1.

Pytanie 13

Dot. pkt. 15 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Zwracamy się o doprecyzowanie, jakiej ilości i typów frezów wielorazowych, Zamawiający oczekuje przy dostawie ww. zestawu napędów?

Zgodnie z SWZ : Frez kraniotomu i II i III frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, (możliwość wyboru z katalogu wykonawcy), frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic (możliwość wyboru przez Zamawiającego). Możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji.

Pytanie 14

Dot. pkt. 16 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe ostrze trepanu w rozmiarze 11x14mm? Mniejsze otwory trepanacyjne możliwe do wykonania dedykowanymi do tego celu ostrzami współpracującymi z nasadkami prostymi i kątowymi. W przypadku dopuszczenia frezów jednorazowych, zwracamy się o zastosowanie przelicznika względem frezów wielorazowych 15:1.

Pytanie 15

Dot. pkt. 17 tabeli „Parametry techniczne (graniczne i oceniane)”: Czy w przypadku zaferowania systemu niewymagającego smarowania, Zamawiający wyrazi zgodę na niedostarczenie oleju z pozycji 18. Nowoczesna konstrukcja oferowanych przez nas napędów, zapewnia pracę urządzenia bez konieczności smarowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 22.02.2022 r.:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Zamawiający nie dopuszcza.
6. Zamawiający nie dopuszcza.
7. Zamawiający nie dopuszcza.
8. Zamawiający nie dopuszcza.
9. Zamawiający dopuszcza.
10. Zamawiający nie dopuszcza.
11. Zamawiający nie dopuszcza.
12. Zamawiający nie dopuszcza.
13. Zgodnie z SWZ : Frez kraniotomu i II i III frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, (możliwość wyboru z katalogu wykonawcy), frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic (możliwość wyboru przez Zamawiającego). Możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji.
14. Zamawiający nie dopuszcza.
15. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sanionierzu

dr Jerzy Kubiński

Chł