

Sandomierz 25.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Do Zamawiającego w dniu 24.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu I pkt 1:** Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, przeciwodrażny, pracujący w trybie zmiennociśnieniowym z pompą o funkcjach terapeutycznych. Materac „nakładka” kładziony na materac bazowy (np. piankowy). Materac fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021?
- 2. Dot. Pakietu I pkt 2:** Czy Zamawiający dopuści wymiary materaca 204x86x11,4cm?
- 3. Dot. Pakietu I pkt 6:** Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 11,4cm?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos