

Sandomierz 15.02.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, znak TP/3/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic medycznych, znak TP/3/2022

Do Zamawiającego w dniu 11.02.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. **Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpydrowe, o sile zrywu minimum 9 N, z poziomem protein ≤ 79 ug/g, u długości minimum 280 mm, o grubości pojedynczych ścianek:
 - na palcu: 0,16 +/- 0,02 mm,
 - na dłoni: 0,14 +/- 0,02 mm,
 - mankiet: 0,10 +/- 0,02 mm?
2. **Dot. Pakietu II poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe z mankiem rolowanym mankiem bez opaski samoprzylepnej, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni w zależności od rozmiaru, ale nie mniej niż 280 mm o grubości na pojedynczej ściance:
 - na palcu: 0,33 +/- 0,01 mm;
 - na dłoni: 0,27 +/- 0,02 mm,
 - na mankiecie 0,22 +/- 0,01 mm?
3. **Dot. Pakietu II poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe sterylne, mikrochirurgiczne polimeryzowane obustronnie z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawic?
4. **Dot. Pakietu III:** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne chloroprenowe, w zależności od rozmiaru nie krótsze niż 280 mm, polimeryzowana obustronnie, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawic, o grubości na pojedynczej ściance:
 - na palcu: 0,20 +/- 0,02 mm,
 - dłoń: 0,18 +/- 0,02 mm,
 - mankiet: 0,16 +/- 0,02 mm?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.02.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.02.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos