

Sandomierz 25.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

Do Zamawiającego w dniu 24.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu II pkt 2:** Czy Zamawiający dopuści stół z blatem wykonanym ze sklejki o grubości 18mm oraz pianką o grubości 40mm, regulowanym na wysokość w zakresie 470-930mm, zagłówkiem z regulowanym kątem nachylenia w zakresie -40° do +40° oraz wadze 80kg?
- 2. Dot. Pakietu II pkt 3:** Czy Zamawiający dopuści stół o wadze 86kg z blatem wykonanym ze sklejki o grubości 18mm oraz pianką o grubości 40mm, regulowanym na wysokość w zakresie 600-920mm bez regulacji kąta nachylenia zagłówka gdyż w stole jednoczęściowym zagłówek nie występuje?
- 3. Dot. Pakietu II pkt 7:** Czy Zamawiający dopuści kabinę o wysokości 2000mm?
- 4. Dot. Pakietu II pkt 8:** Czy Zamawiający dopuści zestaw w którego skład wchodzi:
 - ciężarek miękki 0,05kg – 2 szt.
 - ciężarek miękki 1,00kg – 2 szt.
 - ciężarek miękki 1,50kg – 2 szt.
 - ciężarek miękki 2,00kg – 2 szt.
 - ciężarek miękki 2,50kg – 2 szt.
 - ciężarek miękki 3,00kg – 2 szt.
 - ciężarek miękki 4,00kg – 2 szt.
 - esik metalowy – 30 szt.
 - kamaszek – 1 szt.
 - linka 1200mm – 6 szt.
 - linka 1600mm – 4 szt.
 - linka 3500mm – 2 szt.
 - linka do ćw. samowspomagalnych dł. 2250mm – 1 szt.
 - linka do ćw. samowspomagalnych z obciążeniem dł. 5500mm – 1 szt.
 - mankiet nadgarstkowo- kostkowy o wym. 80x450mm – 2 szt.
 - mankiet udowy o wym. 130-770mm – 1 szt.
 - pas do stabilizacji ud i kręgosłupa o wym. 1720x125mm – 2 szt.
 - pas do wyciągu za miednicę o wym. 150x1150mm – 1 szt.
 - petla Gillsona z orczykiem – 1 szt.
 - podwieszka dwustawowa 1300x40mm – 4 szt.
 - podwieszka klatki piersiowej o wym. 220x670mm / 350x80mm – 1 szt.
 - podwieszka pod głowę o wym. 150x540mm – 1 szt.
 - podwieszka ramienna o wym. 100x420mm – 2 szt.
 - podwieszka udowa o wym. 140x520mm – 2 szt.
 - podwieszka kolonowa o wym. 80x570mm – 2 szt.
 - uchwyt metalowy na linkę – 2 szt.?

5. Dot. Pakietu III: Czy Zamawiający dopuści regał 6 półkowy o wysokości 1500mm, szerokość 540mm, głębokość 550mm, posiadający półki o szerokości 500mm i głębokości 475mm, jednocześnie posiadający wysokie brzegi półek zabezpieczające przed zsunięciem się przedmiotów z półki?

6. Dot. Pakietu IV pkt 17: Czy Zamawiający dopuści nakładkę o szerokości 410mm, wymiar otworu 210x250mm, posiadającym maksymalne obciążenie do 185kg?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Kielcach
Marek Kos
dr n. med. Marek Kos