

Sandomierz 21.10.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak  
PN/5/2022

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak PN/5/2022**

Do Zamawiającego w dniu 12.10.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

#### **Pytania**

**1. Dot. Formularza Oferty:** Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku vat %, w formularzu ofertowym, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawców przepisami prawa podatku VAT? Czy wpisanie „wg stawki: 8% i 23%” jest wystarczające?

**2. Dot. Formularza Oferty pkt 5:** Prosimy o zmianę zapisów treści formularza i wykreślenie wpisywania daty w jego treść tj. pkt 5. Proponujemy następującą modyfikację: **„OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert „**

**3. Dot. Formularza Cenowego:** Czy mając na uwadze różne stawki podatku VAT które musi zastosować Wykonawca zgodnie z przepisami prawa jakie go obowiązują, prosimy o informację czy wystarczające będzie wpisanie w kolumnie VAT kilku stawek np. 8% i 23% bez rozbicia ich na poszczególne wiersze.

**4. Dot. Formularza Cenowego:** Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w kolumnie ilość ma wpisać 1 szt./komplet.

**5. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 30:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony, tym samym przyzna punkty w ocenie technicznej, w przypadku zaoferowania lepszego, bardziej zaawansowanego rozwiązania, które do doboru odpowiednich parametrów ekspozycji, wykorzystuje dane zarówno gęstości tkanki jak i grubości uciśniętej piersi. Pragniemy zauważyć, że dobór parametrów z większej liczby danych pozwala na bardziej precyzyjne ustawienie warunków ekspozycji.

**6. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 69:** Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku zaoferowania mammografu z funkcją automatycznego sprawdzania liczby martwych pikseli w detektorze oraz informowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej normy. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie umożliwi nam złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

**7. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 84:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony, tym samym przyzna punkty w ocenie technicznej, w przypadku zaoferowania rozwiązania alternatywnego pozwalające na ocenę klastrów mikrozwapnień w postaci pętli filmowej dającej efekt 3D jak i z możliwością przeglądania badania płaszczyna po płaszczynie?

**8. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 105:** Prosimy o doprecyzowanie jakiej funkcjonalności w danym parametrze Zamawiający oczekuje. Czy Zamawiający oczekuje dostawy mammografu z funkcją skopii pulsacyjnej?

**9. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 144:** Prosimy o rezygnację z podpunktu DICOM Storage Commitment, gdyż nie jest to funkcja stacji lekarskiej. DICOM Storage Commitment stosuje się w komunikacji pomiędzy urządzeniem wytwarzającym dane obrazowe, a

systemem PACS w celu zapewnienia potwierdzenia zarchiwizowania danych. Dzięki takiemu potwierdzeniu urządzenie wytwarzające dane jest zwolnione z odpowiedzialności za przesłane dane. W przypadku komunikacji pomiędzy systemem PACS a stacją opisową, dane są przekazywane jako kopia do użytku czasowego i to zdarzenie nie zwalnia systemu PACS z konieczności ich przechowywania. Dodatkowo każdy pomyślny transfer danych obrazowych zgodnie z protokołem DICOM Send/Receive jest potwierdzany poprzez wiadomość C-STORE-RSP, niezależnie czy usługa DICOM Storage Commitment jest używana. Dlatego też brak tej funkcji w żaden sposób nie ogranicza komunikacji pomiędzy urządzeniami.

**10. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 174:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania alternatywnego w postaci kalkulatora dawki zintegrowanego z oprogramowaniem konsoli technika? Pragniemy zauważyć, że kalkulator używa rzeczywistych parametrów ekspozycji (odpowieź generatora) do wyliczenia poziomu dawki jaką pacjent uzyskał w trakcie przeprowadzenia badania, natomiast wartość dawki jest przesyłana wraz z obrazem w pliku DICOM do systemu PACS. Oferowana przez nas funkcjonalność spełnia wszelkie wymagania dotyczące kontroli ochrony radiologicznej.

**11. Dot. Kryterium oceny ofert:** Punktacja w tym postępowaniu jest tendencyjna i nawet jeśli, inna niż SIEMENS, firma zostanie dopuszczona, to nie ma możliwości złożenia konkurencyjnej oferty, ponieważ Zamawiający ustalając zakres punktacji, za parametry techniczne, jednoznacznie wskazał faworyta, którym jest firma SIEMENS z mammografem Mammotom Revelation, co stoi w sprzeczności z zasadą równej konkurencji. W związku z powyższym wnosimy o obiektywną ocenę parametrów technicznych i poddanie ocenie nie tylko parametry, które są charakterystyczne wyłącznie dla jednego producenta, ale również ocenę parametrów, które mają rzeczywisty wpływ na jakość i wynik badań.

11.	Moc wyjściowa generatora minimum 5 kW	TAK, podać		< 6 kW – 0 pkt. ≥ 6 kW – 5 pkt.
19.	Prędkość wirowania anody min. 5000 obr./min	TAK, podać		< 9000 obr/min – 0 pkt. ≥ 9000 obr/min – 5 pkt.
64.	Matryca detektora dla maksymalnego formatu	≥ (2300 x 3000) pikseli		< (3000 x 4000) pikseli – 0 pkt ≥ (3000 x 4000) pikseli – 5 pkt
65.	Rozmiar piksela ≤ 100 μm	TAK, podać		> 50 μm ≤ 85 μm - 2,5 pkt ≤ 50 μm – 5 pkt
66.	Zakres dynamiki akwizycji min. 13 bit	TAK		< 16 bit – 0 pkt. ≥ 16 bit – 5 pkt.
77.	Zakres skanu tomosyntezy min. +/- 7,5o  Jeżeli mammograf posiada dwa lub więcej trybów (zakresy kątowe) tomosyntezy podać	TAK, podać		1 tryb – 0 pkt. 2 tryb – 5 pkt.

**12. Dot. Przedmiotowe środki dowodowe:** Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w ramach przedmiotowych środków dowodowych ma przekazać deklaracje/certyfikaty oraz powiadomienie/zgłoszenie dotyczące samego urządzenia (aparatury Mammograficznej) czy też do jego części składowych takich jak detektor, konsola technika, monitory itd. wyspecyfikowanych w OPZ?

**13. Dot. Przedmiotowe środki dowodowe tj. katalogi, foldery:** Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji

technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych.

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 21.10.2022 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.10.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający informuje, że w Formularzu Ofertowym należy wpisać wszystkie zastosowane przez Wykonawcę stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a co za tym idzie wystarczającym będzie wpisanie „wg stawki: 8% i 23%”.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych termin związania ofertą określa się poprzez wskazanie daty, która to została określona przez Zamawiającego zarówno w treści SWZ jak i ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Zamawiający informuje, że wymaga sporządzenia Formularza Cenowego z rozbiem na poszczególne pozycje tj. mammograf wraz z wyposażeniem, prace instalacyjne oraz prace adaptacyjne.
- 4) Zamawiający potwierdza.
- 5) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany opisu pkt 30 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ.
- 6) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany opisu pkt 69 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ.
- 7) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany opisu pkt 84 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ.
- 8) Zamawiający w poz. 105 opisał wyczerpująco funkcjonalność dodatkową za którą będzie przyznawał punkty.
- 9) Zamawiający dopuszcza, ale dodatkowo informuje, że wymaga aby urządzenie przekazujące zdjęcia do systemu PACS przesłało komunikat o zakończeniu badania, dzięki czemu system automatycznie odnotuje przekazanie obrazów w systemie RiS i HiS.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający informuje, że dobierając parametry oceniane opierał się tylko i wyłącznie na swoich potrzebach chcąc uzyskać jak najlepszej jakości sprzęt, który będzie służył przez długie lata pacjentkom. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę opisów parametrów w poz. 11, 19, 64, 66 i 77. Natomiast w zakresie poz. 65 dokonał zmiany opisu.
- 12) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SWZ wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących zarówno głównego przedmiotu zamówienia tj. mammografu cyfrowego jak i jego części składowych stanowiących wyposażenie.
- 13) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
dr n. med. Marek Kos