

Sandomierz 25.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji, znak TP/2/2022**

Do Zamawiającego w dniu 24.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

#### **Pytania**

- 1. Dot. Pakietu I pkt 2:** Czy w rozumieniu pkt 2 Zamawiający dopuści materace o następujących wymiarach: 200 x 80 x 25 cm? Oferowane wymiary tylko nieznacznie różnią się od zakresu tolerancji wskazanych przez Zamawiającego?
- 2. Dot. Pakietu I pkt 6:** Czy w rozumieniu pkt 6 Zamawiający dopuści materace o wysokości 25 cm?
- 3. Dot. Pakietu I pkt 9:** Czy w rozumieniu pkt. 9 Zamawiający dopuści materac z pompą bez alarmu odłączenia od zasilania?
- 4. Dot. Pakietu I pkt 13:** Czy w rozumieniu pkt 13 Zamawiający dopuści brak umieszczenia na pompie czytelnej instrukcji dotyczącej wartości ustawień ciśnienia do masy ciała pacjenta?
- 5. Dot. Pakietu I pkt 15:** Czy w rozumieniu pkt 15 Zamawiający dopuści materace bez trybu transportowego włączanego po przekręceniu pokrętła zlokalizowanego na zestawie rur łączących od pompy?

#### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.01.2022 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*Marek Kos*  
dr n. med. Marek Kos