

Sandomierz 21.10.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak
PN/5/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego, znak PN/5/2022

Do Zamawiającego w dniu 13.10.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. SWZ:** W związku z faktem, że przeprowadzenie procedur odbiorowych przez instytucje zewnętrzne trwa minimum dwa miesiące od zakończenia instalacji i uruchomienia aparatu, które to z kolei można rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu prac budowlanych wymaganych przez Zamawiającego prosimy o wydłużenie terminu realizacji do czterech miesięcy lub usunięcie tego punktu.
- 2. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. 177:** Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju pomiarów w miejscu użytkowania Zamawiający będzie wymagał.
- 3. Dot. SWZ:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w miejscu instalacji stacji opisowej zapewni blat lub biurko konieczne do posadowienia komputera z monitorami oraz minimum 1 gniazdo sieci informatycznej oraz minimum 4 gniazda sieci elektrycznej.
- 4. Dot. SWZ:** Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji kamery cyfrowej do wydruków Zamawiający zapewni minimum 1 gniazdo sieci informatycznej oraz 1 gniazdo sieci elektrycznej.
- 5. Dot. SWZ:** W związku z krótkim terminem realizacji prosimy o wyłączenie procedur odbiorowych przez instytucje zewnętrzne oraz wyłączenie szkoleń z terminu realizacji umowy.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 21.10.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.10.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji. Ponadto informuje, że dokonał zmiany zapisów Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących zał. nr 6 do SWZ w zakresie procedur odbiorowych przez instytucje zewnętrzne w tym WSSE.
- 2) Zamawiający informuje, że chodzi o pomiary skuteczności osłon radiologicznych.
- 3) Tak.
- 4) Tak.
- 5) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących zał. nr 6 do SWZ w zakresie procedur odbiorowych przez instytucje zewnętrzne w tym WSSE.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos