

Sandomierz 23.11.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak TP/42/2022

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłożeń, znak TP/42/2022**

Do Zamawiającego w dniu 21.11.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie 1: Pakiet 1, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania zestaw w opakowaniu typu blister ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Pytanie 2 : Pakiet 5:** Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania zestaw, w którym grubość folii w serwecie Mayo wynosi 50 µm, wycofana z produ serweta bawełnopodobna zostanie zastąpiona serwetą z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 150x200 cm a zestaw zapakowany jest w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Pytanie 3: Pakiet 13. Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania**

Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, **L-125**, XL-140, XXL-155 (±2cm). Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90,7N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45,8N/50mm w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37,0 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa, na mokro 138kPa

**Pytanie 4: Pakiet 13. Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania**

Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, **XL-140**, XXL-155 (±2cm). Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90,7N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45,8N/50mm w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37,0 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa, na mokro 138kPa

**Pytanie 5: Pakiet 13. Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania**

Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przed-

ramionach o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), **min. 41cm(XL)**, min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, **XL-140**, XXL-155 (±2cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH<sub>2</sub>O, mniej krytycznej min. 37cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na moko min. 129,2kPa

**Pytanie 6: Pakiet 23:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania znany Zamawiającemu zestaw do szycia o składzie:

- a) 1szt. serweta pod pośladki w kształcie stożka ze sztywnikiem do regulacji z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 56g/m<sup>2</sup> rozm. 113x90cm, część pośladkowa 35cm
  - b) 1szt. Nożyczki metalowe ostro-tępe 14cm ju;
  - c) 1szt. kleszczyki metalowe do igły 20cm
  - d) 1szt. pean metalowy 14cm ju
  - e) 1szt. pęseta metalowa chirurgiczna 25 cm j.u.
  - f) 20szt. kompresy gazowe 17N 16W roz. 10x10cm waga 1szt=3,680g kl 2a reg. 7
  - g) 1szt. fartuch przedni 87x 150 cm
  - h) 1szt. serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 56g/m<sup>2</sup> do owinięcia zestawu.
- Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze dyspenser.

**Pytanie 7: Pakiet 1, poz. 1 i 2, Pakiet 2, 3, 5, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 :** Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji EO (tlenek etylenu) na dowód, że procesy sterylizacji produktów zostały wykonane w procesie zwalidowanym zgodnie z obowiązującą normą ISO 11135 ?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.11.2022 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.11.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.**
- 2) Zamawiający dopuszcza.**
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.**
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.**
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.**
- 6) Zamawiający dopuszcza.**
- 7) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Kryzysowo-Ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu

*dr Jerzy Kuliński*