

Sandomierz 17.03.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/10/2022  
**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pod-  
stawowym bez negocjacji na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak  
TP/10/2022**

Do Zamawiającego w dniu 14.03.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

**1. Dot. Pakietu 7 poz. 1:**

Pakiet 7 Poz. 1 Czy zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 25x75mm?

**2. Dot. Pakietu 7 poz. 4-5:** Czy w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia żyłek z pozycji 45 - skrawanie konkretnego rodzaju materiału w określony sposób — Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty pochodziły od jednego producenta oraz dla potwierdzenia posiadały naniesioną nazwę producenta na każdym nożyku?

**3. Dot. Pakietu 7 poz. 4-5:** Czy ze względu na przeznaczenie żyłek - skrawanie materiału parafinowego na mikrotomie — Zamawiający wymaga aby żyłki były wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji platerowanej platyną z dodatkową powłoką żywiczną?

**4. Dot. Pakietu 7 poz. 4-5:** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia — Czy Zamawiający oczekuje żyłek mikrotomowych wyposażonych w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu)?

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.03.2022 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.03.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) *Zamawiający nie dopuszcza.*
- 2) *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
- 3) *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
- 4) *Zamawiający nie wymaga.*

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*